

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Nihon Kohden

Μοντέλο : TEC-7531K

S/N: 02889

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή του απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7531K Κέντρου Υγείας Θέρμης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7531K.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7531K, θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεις τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.