

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Welch Allyn

Μοντέλο : PIC 40

S/N: 92016

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή του απινιδωτή Welch Allyn PIC 40 Κέντρου Υγείας Θέρμης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή Welch Allyn PIC 40.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Welch Allyn PIC 40, θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεις τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.