

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ΚΑΝΟΝΙΚΗ

Αρ. Αιτήματος Τ.Υ. : 125 /16-04-2024
Πρωτ. Αιτήματος Μ.Υ. : 383/12-04-2024
Απάντηση στο εισ. Έγγραφο : 18797/15-04-2024

Μονάδα Υγείας: ΚΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας ροόμετρων φιαλών οξυγόνου και υγραντήρων, για την ασφάλεια των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας.

Τα ροόμετρα λόγω παλαιότητας υπολειτουργούν και υπάρχει διαρροή, για το λόγο αυτό απαιτείται η αντικατάστασή τους από τις φιάλες οξυγόνου, για το ΚΥ Ορεστιάδας. Εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας για την προμήθεια των παρακάτω:

1. Ροόμετρο φιάλης οξυγόνου με ροομετρική στήλη μπίλια διπλής κατάληξης με δύο εξόδους και 2 στήλες παροχής 0-15 λίτρα το λεπτό με υγραντήρα οξυγονοθεραπείας στη μία στήλη και ρουξούνι μαστό νεφελοποίησης στη δεύτερη στήλη.

Τα παραπάνω προϊόντα να συνοδεύονται από CE και η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015.