

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής**

**Κατασκευαστικός οίκος : Physio Control**

**Μοντέλο : Lifepak 1000**

**S/N: 35953472**

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή του Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή Physio Control Lifepak 1000:

**1. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτή Physio Control Lifepak 1000.**

Τα ηλεκτρόδια ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Physio Control Lifepak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου.

**2. Ένα (1) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτή Physio Control Lifepak 1000.**

Τα ηλεκτρόδια παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Physio Control Lifepak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας ή των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια χρήσεως τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.