

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Nihon Kohden

Μοντέλο : TEC-5631

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Δικαίων κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τους απινιδωτές Nihon Kohden TEC-5631:

1. Ένας (1) αισθητήρας οξυμέτρου πολλαπλών χρήσεων για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Ο αισθητήρας οξυμέτρου θα πρέπει να είναι τύπου TL-201T, να είναι αυθεντικός και πιστοποιημένος από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι ο προσφερόμενος αισθητήρας είναι κατάλληλος για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι ο αισθητήρας οξυμέτρου είναι αυθεντικός.

2. Ένα (1) καλώδιο οξυμετρίας για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Το καλώδιο οξυμετρίας θα πρέπει να είναι τύπου JL-701P, να είναι αυθεντικό και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι ο προσφερόμενος αισθητήρας είναι κατάλληλος για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι το καλώδιο οξυμετρίας είναι αυθεντικό.

3. Δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων μεγέθους Large για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Οι περιχειρίδες ενηλίκων θα πρέπει να είναι μεγέθους large, να είναι αυθεντικές και πιστοποιημένες από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι ο προσφερόμενος αισθητήρας είναι κατάλληλος για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι οι περιχειρίδες ενηλίκων είναι αυθεντικές.

Τα παραπάνω είδη θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Δικαίων.