

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : PowerHeart

Μοντέλο : AED G3

S/N: 4336108

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας κρίνεται η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή PowerHeart AED G3:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή PowerHeart AED G3.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή PowerHeart AED G3. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας.

Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της μπαταρίας και θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της.