

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : BTL

Μοντέλο : BTL-08 MT

S/N: 08MTECG-1036

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ BTL-08MT του ΤΙ Καλαμαριάς του Κέντρου Υγείας 25^{ης} Μαρτίου, πρόβλημα με την λειτουργία του ΗΚΓ. Πιθανή βλάβη στον επεξεργαστή ή στην πλακέτα του ΗΚΓ καθώς δεν μπορεί να φορτώσει το λογισμικό. Σε περίπτωση που καταφέρει και φορτώσει το λογισμικό μετά από reset η οθόνη τρεμοπαίζει ή η οθόνη παραμένει ανοιχτή και τρεμοπαίζουν οι γραμμές των απαγωγών πάνω στην οθόνη χωρίς να εμφανίζουν κάποιο σήμα ή θόρυβο. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.