

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας ρόμετρων φιαλών οξυγόνου και υγρανήρων, για την ασφάλεια των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Νευροκοπίου.

Τα ρόμετρα λόγω παλαιότητας υπολειπούνται και υπάρχει διαρροή, για το λόγο αυτό απαιτείται η αντικατάστασή τους από τις φιάλες οξυγόνου, για το ΚΥ Νευροκοπίου.

Εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας για την προμήθεια των παρακάτω:

1. Ρόμετρο φιάλης οξυγόνου με υγρανήρα. (2 τεμ.)
2. Ρουξούνι εξόδου (2 τεμ.)

Τα παραπάνω προϊόντα να συνοδεύονται από CE και η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015.