

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : GE

Μοντέλο : MAC 600

S/N: SPY17480059PA

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ GE MAC 600 του Κέντρου Υγείας Πρίνου εμφανίζει το μήνυμα της μη αναγνώρισης του χαρτιού του εκτυπωτή. Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του θερμικού εκτυπωτή του ΗΚΓ. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση δημοσίευσης του ΑΔΑ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο ΗΚΓ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Πρίνου με ευθύνη του αναδόχου.