

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1 Ψηφιακός Μετρητής Λευκοκυτταρικού τύπου

Ο ψηφιακός μετρητής λευκοκυτταρικού τύπου θα πρέπει:

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 3'
- Να αποθηκεύεται η τελευταία καταμέτρηση στην συσκευή
- Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή
- Δυνατότητα λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Δυνατότητα λειτουργίας με εξωτερικό τροφοδοτικό
- Βήματα μέτρησης 10-1000 σε 10 βήματα
- Να διαθέτει τουλάχιστον 10 παραμέτρους
- Προγράμματα: LEUKO, ΜΥΕΛΟ/RBC, RETI, Ελεύθερο
- Πιστοποίηση CE
- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών