

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Μόνитор Ζωτικών Ενδείξεων

Κατασκευαστικός οίκος : Welch Allgh

Μοντέλο : 530ΤΟ

S/N: JA023211

Έπειτα από έλεγχο του μόνιτορ ζωτικών ενδείξεων Welch Allgh 530ΤΟ του Πι Γερακαρούς του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου διαπιστώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία του. Το μόνιτορ δεν μπορεί να πάρει δύο συνεχόμενες λήψεις πίεσης, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του μόνιτορ ζωτικών ενδείξεων, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή της αναρρόφησης μετά τον έλεγχο.