

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Physio Control

Μοντέλο : Liferak 1000

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή Physio Control Liferak 1000:

1. Δύο(2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτή Physio Control Liferak 1000.

Τα ηλεκτρόδια θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Physio Control Liferak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου.

2. Δύο(2) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτή Physio Control Liferak 1000.

Τα ηλεκτρόδια θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Physio Control Liferak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια χρήσεις τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.