

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Αναρρόφηση

Κατασκευαστικός οίκος : CAMI

Μοντέλο : ASKIR C30 BASIC 2

S/N: 8271

Έπειτα από έλεγχο της τροχήλατης αναρρόφησης CAMI ASKIR C30 BASIC 2 του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας διαπιστώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία της. Ο διακόπτης ρύθμισης έντασης κενού και το κουβούκλιο της αναρρόφησης πρέπει να αντικατασταθούν. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση δημοσίευσης του ΑΔΑ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο ΗΚΓ θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας με ευθύνη του αναδόχου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός επισκευή: 130 euro με ΦΠΑ.

Για την Τεχνική Υπηρεσία



Δαφνιώτης Δημήτριος
ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός