

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : S8

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή Comen S8:

1. Ένα (1) 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓ για απινιδωτή Comen S8. → 01-02-1178
Το 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓ θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό για τον απινιδωτή Comen S8. Θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειρίστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.
2. Ένας (1) αισθητήρας οξυμετρίας για απινιδωτή Comen S8. → 01-02-1179
Ο αισθητήρας οξυμετρίας θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός για τον απινιδωτή Comen S8. Θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχειρίστος και θα φέρει πιστοποίηση CE.
3. Ένας (1) σωλήνας μέτρησης πίεσης NIBP για απινιδωτή Comen S8. → 01-02-1137
Ο σωλήνας μέτρησης πίεσης NIBP θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό για τον απινιδωτή Comen S8. Θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχειρίστος και θα φέρει πιστοποίηση CE.
4. Μία (1) περιχειρίδα ενηλίκων 25-35cm μονού αυλού για απινιδωτή Comen S8. → 01-02-0954
Η περιχειρίδα ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Comen S8. Θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρει πιστοποίηση CE.
5. Μία (1) περιχειρίδα ενηλίκων LARGE 33-47cm μονού αυλού για απινιδωτή Comen S8.
Η περιχειρίδα ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό για τον απινιδωτή Comen S8. Θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειρίστο, θα φέρει πιστοποίηση CE.