

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος :Cardioline

Μοντέλο :Delta 3 Plus / Delta 3/6 Plus

S/N: MDL3004176 / MDL3004176

Έπειτα από έλεγχο τον ΗΚΓ του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

- 1. Δύο (2) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ Cardioline Delta 3 Plus και Delta 3/6 Plus.**
Τα 10πολικό καλώδια θα πρέπει να είναι συμβατά για τον ΗΚΓ Cardioline Delta 3 Plus και Delta 3/6 Plus. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρουν πιστοποίηση CE.
- 2. Ένα (1) battery pack Ni-CD 24V 0,8 ή 1 Ah για ΗΚΓ Cardioline Delta 3 Plus.**
Να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ Cardioline Delta 3 Plus
Να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη.
Να διαθέτει πιστοποίηση CE.
- 3. Ένα (1) battery pack Ni-CD 24V 0,8 ή 1 Ah για ΗΚΓ Cardioline Delta 3/6 Plus.**
Να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ Cardioline Delta 3/6 Plus
Να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη.
Να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης με ευθύνη του αναδόχου.