

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Doppler

Κατασκευαστικός οίκος : Huntleigh Healthcare

Μοντέλο : Maxi Dopplex MD200

S/N: 701B01-04-02128

Έπειτα από έλεγχο του doppler Huntleigh Healthcare Maxi Dopplex MD200 του Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Μία (1) μπαταρία για doppler Maxi Dopplex MD200

Η μπαταρία Ni-MH 7.2V 600 mAh θα πρέπει να είναι συμβατή για το doppler. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η μπαταρία του doppler θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ με ευθύνη του αναδόχου.