

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Nihon Kohden

Μοντέλο : TEC-5631

S/N: 00048

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Αλεξανδρούπολης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631:

1. Μία(1) μπαταρία για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι αυθεντική και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι η προσφερόμενη μπαταρία είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι η μπαταρία είναι αυθεντική.

Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεως της και όλη τη διάρκεια ζωής της, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχόν βλάβης.