

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Metrax

Μοντέλο : Premedic M240 DM10

S/N: 001404

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή Metrax Premedic M240 DM10 του Κέντρου Υγείας Νευροκοπίου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή Metrax Premedic M240 DM10

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Metrax Premedic M240 DM10 πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεως τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.