

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Φυγόκεντρος

Κατασκευαστικός οίκος : Erpendorf

Μοντέλο : 5702

S/N: 570205076

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Θέρμης διαπιστώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία της, κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της φυγοκέντρου Erpendorf 5702. Εμφάνισε πρόβλημα στους διακόπτες της με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστά η φυγοκέντρωση των βιολογικών υγρών, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης της φυγοκέντρου, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή της φυγοκέντρου μετά τον έλεγχο. Τα έξοδα μεταφοράς της φυγοκέντρου επιβαρύνουν τον ανάδοχο.