

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : AMI Italia

Μοντέλο : SAVER ONE

S/N: 49SA005122000004

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή SAVER ONE του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτή SAVER ONE.

Τα ηλεκτρόδια ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή SAVER ONE. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης.

2. Ένα (1) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτή SAVER ONE.

Τα ηλεκτρόδια παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή SAVER ONE. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης.

3. Μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τον απινιδωτή SAVER ONE.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόμενη και απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή SAVER ONE. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης.

4. Ένας (1) φορτιστής για επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τον απινιδωτή SAVER ONE.

Ο φορτιστής θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός για την φόρτιση της μπαταρίας του απινιδωτή SAVER ONE. Θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριτος, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης.

— Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας ή των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια χρήσεως και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.