

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ι. Σ. ΔΡΑΓΙΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Υγρός κλιβάνος

Κατασκευαστικός οίκος : RAYPA

Μοντέλο : AE-75

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας διαπιστώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία του υγρού κλιβάνου RAYPA AE-75. Κατά το ξεκίνημα λειτουργίας του υγρού κλιβάνου ρίχνει την ασφάλεια ρεύματος, πιθανό πρόβλημα βραχυκύκλωμα εντός του κλιβάνου. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του υγρού κλιβάνου, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του υγρού κλιβάνου μετά τον έλεγχο. Τα έξοδα μεταφοράς του υγρού κλιβάνου επιβαρύνουν τον ανάδοχο.