

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : METRONIC

Μοντέλο : Lifepak 20

S/N: 37585915

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή METRONIC Lifepak 20 του Κέντρου Υγείας Ξάνθης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή METRONIC Lifepak 20.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή METRONIC Lifepak 20 πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεως τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.