

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : FUKUDA DENSHI

Μοντέλο : CARDIMAX FCP-7101

S/N: 21035824

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Fukuda Denshi Cardimax FCP-7101 του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Μία (1) μπαταρία για ΗΚΓ Fukuda Denshi Cardimax FCP-7101

Η μπαταρία Ni-MH 9.6V 4000mAh θα πρέπει να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ FCP-7101. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστη και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η μπαταρία του ΗΚΓ θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ με ευθύνη του αναδόχου.