

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : Η3

S/N: H3191121025

Έπειτα από έλεγχο του ΗΓΚΓ Comen Η3 του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου ο ΗΚΓ δεν μπορεί να κάνει boot το λογισμικό του και βγάζει έναν συνεχόμενο ήχο όταν ανοίγει. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα λογισμικού του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.