

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : General Meditech

Μοντέλο : G58301

S/N:583012018081091

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ General Meditech G58301 του Κέντρου Υγείας Ροδολίβους, ο ΗΚΓ δεν μπορεί να κάνει boot το λογισμικό του κάθε φορά με επιτυχία. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα λογισμικού του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.