

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος :Nihon Kohden

Μοντέλο : ECG 3150K

S/N: 0100660

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Nihon Kohden ECG 3150K του Κέντρου Υγείας Ιάσμου κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ Nihon Kohden ECG 3150K .
Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ Nihon Kohden ECG 3150K.
Το καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.
Το 10πολικό καλώδιο θα παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου με ευθύνη του αναδόχου.