

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Θέρμης κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Ένα (1) διαφανοσκόπιο για την προβολή ακτινογραφικών φιλμ τριών θέσης.
 1. Να διαθέτει πλαίσιο κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή από λαμαρίνα με ηλεκτροστατική βαφή
 2. Να διαθέτει κάλυμμα από Plexi-Glass.
 3. Εσωτερικές Διαστάσεις της οθόνης τουλάχιστον 120x50x10 cm ($\pm 5\%$)
 4. Να διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα κλιπ για την συγκράτηση των φιλμ χωρίς να τα φθείρει.
 5. Να διαθέτει διακόπτη ON/OFF πάνω στο πλαίσιο.
 6. Να διαθέτει ψυχρό φωτισμό τουλάχιστον 6000K
 7. Να λειτουργεί με τάση 100-240V και 50/60Hz.
 8. Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο.
 9. Να διαθέτει πιστοποίηση CE.
 10. Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

Το διαφανοσκόπιο θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.

