

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος :Mindray/ EDAN/ CARDIMAX

Μοντέλο :BeneHeart R3/ SE-301/ FX-7102

S/N: FK-8B016517/ 360510-M16108600006/ 15048524

Έπειτα από έλεγχο των ΗΚΓ του Κέντρου Υγείας Νέων Μουδανιών κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

- 1. Δύο (2) 10πολικά καλώδια για τους ΗΚΓ Mindray BeneHeart R3 και EDAN SE-301.**
Τα 10πολικά καλώδια θα πρέπει να είναι συμβατό για τους ΗΚΓ Mindray BeneHeart R3 και EDAN SE-301. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρουν πιστοποίηση CE.
- 2. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για τον ΗΚΓ CARDIMAX FX-7102.**
Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ CARDIMAX FX-7102. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο αμεταχειρίστη και θα φέρει πιστοποίηση CE.
- 3. Μία(1) μπαταρία 14.8V 2500mAh για τον ΗΚΓ EDAN SE-301.**
Η μπαταρία θα πρέπει να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ EDAN SE-301. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 14.8V 2500mAh, καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρει πιστοποίηση CE.