

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : Η3

S/N: H3191121061

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen Η3 του Κέντρου Υγείας Δροσάτου ο ΗΚΓ ανοίγει κανονικά, όμως δεν ανταποκρίνεται. Πιθανή βλάβη σε πλακέτα του ΗΚΓ καθώς δεν μπορεί να κάνει boot το λογισμικό του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.