

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : FUKUDA DENSHI

Μοντέλο : CARDIMAX FCP-7101

S/N: 21035824

Έπειτα από την αντικατάσταση της μπαταρίας του ΗΚΓ Fukuda Denshi Cardimax FCP-7101 του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος του ΗΚΓ καθώς δεν ανταποκρίνεται. Θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του μετά τον έλεγχο.

... και παρακαλούμε για την επισκευή τους.