

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Fukuda Denshi

Μοντέλο : FX-2111

S/N: 26131477

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Fukuda Denshi FX-2111 του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. Μία (1) μπαταρία για ΗΚΓ Fukuda Denshi FX-2111

Η μπαταρία Ni-Mh 9.6V 1700mAh θα πρέπει να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ Fukuda Denshi FX-2111. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστη και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η μπαταρία του ΗΚΓ θα παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας με ευθύνη του αναδόχου.