

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Nihon Kohden

Μοντέλο : TEC-7731

S/N: 80538

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7731 του Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία (1) μπαταρία για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7731

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5521K πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεις τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.