

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από έλεγχο του παλιού Doppler του Κέντρου Υγείας Ηράκλειας κρίνεται αναγκαία η αγορά ενός φορητού Doppler. Το Doppler θα πρέπει:

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι φορητό, μικρού όγκου και βάρους.
3. Να διαθέτει εξωτερικά ηχεία.
4. Να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής ήχου.
5. Να μπορεί να κάνει ανίχνευση FHR με υψηλής πιστότητας εφέ ήχου.
6. Να διαθέτει την δυνατότητα αλλαγής κεφαλής
7. Να διαθέτει κεφαλή 2 MHz .
8. Η κεφαλή θα πρέπει να είναι αποσπώμενη με την συσκευή Doppler για εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.
9. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή απλή μπαταρία 9 Volt.
10. Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες.
11. Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας.
12. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμησης μπαταρίας , εντός 60 δευτερολέπτων.
13. Να διαθέτει οθόνη LCD για την απεικόνιση του καρδιακού παλμού FHR(Fetal Heart Rate).
14. Να διαθέτει εύρος μέτρησης παλμών 50-210 bpm και ακρίβεια 1bpm.
15. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.
16. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
17. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO.
18. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.