

1. Ένα (1) σετ μπαταριών για τον απινιδωτή Zoll AED Plus.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατές για τον απινιδωτή Zoll AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούριες με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστες, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης.

Ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της μπαταρίας και θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της.