

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Medtronic

Μοντέλο : Liferak 20e

S/N: 39767941

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή Medtronic Liferak 20e του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Ένα (1) καλώδιο επέκτασης σύνδεσης αισθητήρα οξυμέτρου (SpO2 Connection Cable) με τον απινιδωτή Medtronic Liferak 20e.

Το καλώδιο θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον αισθητήρα οξυμέτρου και τον απινιδωτή Medtronic Liferak 20e. Θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, θα φέρει πιστοποίηση CE, να είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρων και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης.

2. Έναν (1) αισθητήρα οξυμέτρου για τον απινιδωτή Medtronic Liferak 20e.

Ο αισθητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών χρήσεων να είναι πλήρως συμβατό με τον απινιδωτή και το καλώδιο επέκτασης σύνδεσης αισθητήρα οξυμέτρου. Θα πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, θα φέρει πιστοποίηση CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης.