

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : Η3

S/N: H3191121056

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen Η3 του Κέντρου Υγείας Νέας Ζίχνηςο ΗΚΓ δέχεται κανονικά ρεύμα, όταν πάει να κάνει booth η οθόνη δεν ανοίγει και βγάζει έναν συνεχόμενο ήχο. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.