



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 55134, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου

Τηλέφωνο : 231 3327869

E-mail : orders@4ype.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ**

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Α/Α	ΚΩΔ.ΑΠΘΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	01-05-0823	Μπαταρία Απινιδωτή ΗΚΓ EDAN SE-100	33141620-2	ΔΡΑΜΑΣ	
1	01-02-1102	Δεκαπολικό καλώδιο ΗΚΓ EDAN SE-100	33141620-2	ΔΡΑΜΑΣ	

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμ της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την Παρασκευή **09-03-2026** και ώρα **14:00** στο email: **orders@gmail.gr**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
της Διεύθυνσης Οικονομικής  
Οργάνωσης και Υποστήριξης  
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος :EDAN

Μοντέλο : SE-100

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Δράμας κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

**1. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ EDAN SE-100.**

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ EDAN SE-100. Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειρίστο και θα φέρει πιστοποίηση CE. Το 10πολικό καλώδιο θα παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας Δράμας με ευθύνη του αναδόχου.

**2. Μία (1) μπαταρία για ΗΚΓ EDAN SE-100.**

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι συμβατή για τον ΗΚΓ EDAN SE-100. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και θα φέρει πιστοποίηση CE. Η μπαταρία θα παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας Δράμας με ευθύνη του αναδόχου.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής (μάρκα) των ειδών με ποινή απόρριψης σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.