



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 55134, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : orders@4ype.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Α/Α	ΚΩΔ.ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
2	01-05-0083	ΖΥΓΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΕ ΡΕΥΜΑ 220V DC Ή ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	38434540-3	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμ της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την Τρίτη **10-03-2026** και ώρα **14:00** στο email: orders@gmail.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ζυγαριά θα πρέπει:

1. Να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να διαθέτει οθόνη LCD με λευκό backlight.
3. Να διαθέτει μεγάλη αντοχή με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις.
4. Να διαθέτει ζυγιστική ικανότητα τουλάχιστον 300kg, με υποδιαίρεση 20gr
5. Να έχει γρήγορη απόκριση με ακριβή ζύγιση.
6. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V AC ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
7. Να διαθέτει πλατφόρμα μεγέθους τουλάχιστον 50x50 cm
8. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Οι δύο επαγγελματικές ζυγαριές με πλάστιγγα θα παραδοθούν με ευθύνη του αναδόχου στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης