



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 55134, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : lmarioglou@4ype.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

A/A	ΚΩΔ.ΑΠΘ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ Φ
1.	01-05-0823	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ KOHDEN TEC-5531K	33141620-2	1	ΝΕΑΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμ της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 14-04-2026 και ώρα 14:00 στο email: <http://isupplies.gr>).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Nihon Kohden

Μοντέλο : TEC-5531K

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

1. Μία(1) μπαταρία για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5531K.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5531K. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση-CE και θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας των ηλεκτροδίων ή της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεως τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής (μάρκα) των ειδών με ποιινή απόρριψη σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.