



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 55134, Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου  
Τηλέφωνο : 231 3327869  
E-mail : lmarioglou@4ype.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ**

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

A/A	ΚΩΔ.ΑΠΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ Δ
1.	00-02-1100	SET ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	33141620-2	2 ΣΕΤ	ΝΕΑΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	
2.	01-02-1019	SET ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33141620-2	2 ΣΕΤ	ΝΕΑΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμ της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 14-05-2026 και ώρα 14:00 στο email: <http://isupplies.gr>).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
της Διεύθυνσης Οικονομικής  
Οργάνωσης και Υποστήριξης  
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Power Heart

Μοντέλο : AED G3

S/N: 4336108

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τον απινιδωτή:

**1. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για τον απινιδωτή Power Heart AED G3.**

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Power Heart AED G3. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας.

**2. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων παιδών για τον απινιδωτή Power Heart AED G3.**

Τα σετ ηλεκτροδίων παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Power Heart AED G3. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια χρήσεώς τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής (μάρκα) των ειδών με ποιή απόρριψη σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.