



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : 55134, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : lmarioglou@4ype.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Α/Α	ΚΩΔ.ΑΠΘΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ Φ
1.	01-06-0617	ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ	33141620-2	2	ΔΡΟΣΑΤΟΥ	

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμ της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την ΤΡΙΤΗ **14-04-2026** και ώρα **14:00** στο email: <http://isupplies.gr>.,.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Δροσάτου κρίνεται απαραίτητο η προμήθεια δύο νεφελοποιητών.

1. Προμήθεια δύο (2) νεφελοποιητών.

Να παρέχει νεφελοποιήσει σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Να είναι κατάλληλος για ρινικές πλύσεις.

Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.

Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων, παιδών, επιστόμιο και υποδοχή για την μύτη τροφοδοτικό & τσάντα αποθήκευσης και μεταφοράς.

Δύναται να νεφελοποιεί όλα τα φάρμακα.

Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 2 Kg.

Η μέγιστη ταχύτητα χορήγησης φαρμάκου νεφελοποίησης να είναι τουλάχιστον 0.3 ml/min.

Η ποσότητα του φαρμάκου που μπορούμε να τοποθετήσουμε στον νεφελοποιητή να είναι τουλάχιστον 7 ml.

Να μπορεί να απολυμανθεί.

Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220 V/50 Hz.

Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.

Το υλικό να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.

Ο προμηθευτής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς και για την τήρηση της υπουργικής απόφασης ΔΥ86/Γ.Ποικ./1348/2004.

Ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος να διαθέτει ISO 13485:2016.

Να είναι καινούριος, αμεταχειρίστος, να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Δροσάτου