



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως
Τ.Κ. : 55134, Καλαμαριά
Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : lmarioglou@4ype.gr

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΑΦΟΡΑ : ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

CPV : 33141620-2

A/A	ΚΩΔ.ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΜΕ ΦΠΑ)
2	01-02-1129	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS	ΣΕΤ	2		

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Η τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στα Κέντρα Υγείας.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την Τρίτη **20-04-2026** και ώρα **14:00** στο email: lmarioglou@gmail.gr.

Επειδή η έρευνα αγοράς διεξάγεται και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται και στην εν λόγω πλατφόρμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

22500€

ΑΓΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Zoll

Μοντέλο : AED Plus

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω για τους απινιδωτές:

1. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων παιδών για τον απινιδωτή Zoll AED Plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Zoll AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE και θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης.

Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας των ηλεκτροδίων κατά την διάρκεια χρήσεως τους και όλη τη διάρκεια ζωής τους, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχών βλάβης.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής (μάρκα) των ειδών με ποινή απόρριψης σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.