

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Kenz

Μοντέλο : ECG 108

S/N: 0401-4863

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ ΚΕΖΝ ECG 108 του Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου, ο ΗΚΓ εκτυπώνει κανονικά εκτός από την επαγωγή III, πιθανή βλάβη στο op-amp του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.

