

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πέντε (5) μπαταρίες για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι αυθεντική (original) και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι η προσφερόμενη μπαταρία είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή από το Technical Sheet της μπαταρίας ότι είναι αυθεντική (original) και συνοδευτικό έγγραφο του κατασκευαστή της μπαταρίας προς τον προμηθευτή ότι τον προμηθεύει με αυθεντικές μπαταρίες με το οποίο προκύπτει σαφώς ότι η μπαταρία είναι αυθεντική.

Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE. Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσης της και όλη τη διάρκεια ζωής της, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχόν βλάβης.

2. Μία (1) περιχειρίδα ενηλίκων μεγέθους ADULT (16cm)- RANGE 33cm – 45cm για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Η περιχειρίδα ενηλίκων θα πρέπει να είναι μεγέθους ADULT (16cm) – RANGE 33cm – 45cm, να είναι αυθεντική και πιστοποιημένες από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι ο προσφερόμενος αισθητήρας είναι κατάλληλος για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι οι περιχειρίδες ενηλίκων είναι αυθεντικές.

3. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές Nihon Kohden TEC-5631.

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

4. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτές Nihon Kohden TEC-5631.

Τα σετ ηλεκτροδίων παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

5. Έξι (6) σετ μπαταριών για τον απινιδωτή Zoll AED Plus.

Το σετ μπαταριών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Zoll AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

6. Πέντε (5) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές ZOLL AED Plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής

τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

7. Πέντε (5) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτές ZOLL AED Plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

8. Μίας (1) μπαταρία για απινιδωτή Medtronic Liferak 500.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για απινιδωτή Medtronic Liferak 500. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

9. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτή Medtronic Liferak 500.

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Medtronic Liferak 500. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

10. Μία (1) μπαταρία για τον ΗΚΓ Cardioline AR 1200 VIEW.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον ΗΚΓ Cardioline AR 1200 VIEW. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

11. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ Sinohero SE 508.

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ Sinohero SE 508. Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

12. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ BTL BTL-08MD ECG.

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ BTL BTL-08MD ECG. Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής των ειδών με ποινή απόρριψης σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.