



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 12/08/2026
Αρ. Πρωτ.: 41516

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως
Τ.Κ. : 55134, Καλαμαριά
Πληροφορίες : Α.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : lmarioglou@4ype.gr

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΑΦΟΡΑ : ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΣΟΧΟΥ, ΕΧΙΝΟΥ, 1^{ης} ΤΟΜΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4^{ης} ΥΠΕ

CPV : 33141620-2

Α/Α	ΚΩΔ.ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	01-05-0000	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ ORIGINAL TEC-5631	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	ΕΧΙΝΟΥ(1) + ΤΟΥΜΠΑΣ (1)		
2	01-02-1128	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ TEC 5631	ΣΕΤ	5	ΣΟΧΟΥ (5)		
3	01-02-1129	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΝΙΗΟΝ ΚΟΗΔΕΝ TEC 5631	ΣΕΤ	2	ΣΟΧΟΥ (2)		
4	01-02-0323	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΣΟΥΦΛΙΟΥ (1)		
5	01-02-1128	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ PHYSIOCONTROL LIFEPAC CR PLUS	ΣΕΤ	5	ΕΧΙΝΟΥ(5)		
6	01-02-0323	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ SP 02 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΑΒΔΗΡΩΝ(1)		
7	01-09-0004	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΗΚΓ ΚΕΝΖ CARDICO 302	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΝΙΓΡΙΤΑ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 ^{ης} ΥΠΕ(1)		
8	01-09-0004	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΗΚΓ EDAN SE-3	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 ^{ης} ΥΠΕ(1)		
9	01-02-1102	10ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ ΓΙΑ EDAN SE-3	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 ^{ης} ΥΠΕ(1)		

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Η τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στα Κέντρα Υγείας.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την Πέμπτη **20-08-2026** και ώρα **14:00**.

Επειδή η έρευνα αγοράς διεξάγεται και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται και στην εν λόγω πλατφόρμα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

PANAGIOTIS BOGIATZIDIS
12.08.2026 14:47

Δρ Μπογιατζίδης Παναγιώτης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Δύο (2) μπαταρία για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι αυθεντική (original) και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι η προσφερόμενη μπαταρία είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή από το Technical Sheet της μπαταρίας ότι είναι αυθεντική (original) και συνοδευτικό έγγραφο του κατασκευαστή της μπαταρίας προς τον προμηθευτή ότι τον προμηθεύει με αυθεντικές μπαταρίες με το οποίο προκύπτει σαφώς ότι η μπαταρία είναι αυθεντική.

Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE. Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσης της και όλη τη διάρκεια ζωής της, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχόν βλάβης.

2. Πέντε (5) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές ZOLL AED Plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

3. Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων παιδών για απινιδωτές ZOLL AED Plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων παιδών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

4. Ένα (1) καπάκι απινιδωτή για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus.

Το καπάκι απινιδωτή θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, θα φέρει πιστοποίηση CE.

5. Πέντε (5) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές PhysioControl Lifepak CR plus.

Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή PhysioControl Lifepak CR Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

6. Ένας (1) αισθητήρας ενηλίκων Sp O2 πολλαπλών χρήσεων για μόνιτορ Vital Pro PC900 GIMA 35124.

Ο αισθητήρας θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατός για μόνιτορ Vital Pro PC900 GIMA 35124. Θα πρέπει να είναι κατάλληλος για ενήλικες, καινούριος, πολλαπλών χρήσεων, αμεταχείριστος και θα φέρει πιστοποίηση CE.

7. Μία (1) μπαταρία για τον ΗΚΓ KENZ CARDICO 302 (12V, 2000mAh, Ni-MH).

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον ΗΚΓ KENZ CARDICO 302. Θα πρέπει να είναι καινούρια, επαναφορτιζόμενη, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

8. Μία (1) μπαταρία για τον ΗΚΓ EDAN SE-3 (14.8V, 2200mAh, Li-ion).

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον ΗΚΓ EDAN SE-3. Θα πρέπει να είναι καινούρια, επαναφορτιζόμενη, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

9. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ EDAN SE-3.

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ EDAN SE-3. Το 10 πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής των ειδών με ποιινή απόρριψης σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.

Για το είδος 1 original μπαταρία για απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631, θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή ένα τεμάχιο στο Κέντρο Υγείας Εχίνου και ένα τεμάχιο στο Κέντρο Υγείας Τούμπας.

Για το είδος 2 ηλεκτρόδια ενηλίκων για απινιδωτή Zoll AED Plus, θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή πέντε σετ στο Κέντρο Υγείας Σοχού.

Για το είδος 3 ηλεκτρόδια παιδών για απινιδωτή Zoll AED Plus, θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή δύο σετ στο Κέντρο Υγείας Σοχού.

Για το είδος 4 καπάκι για απινιδωτή Zoll AED Plus, θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου.

Για το είδος 5 ηλεκτρόδια ενηλίκων για απινιδωτή PhysioControl Lifepak CR Plus, θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή πέντε σετ στο Κέντρο Υγείας Εχίνου.

Για το είδος 6 αισθητήρας ενηλίκων Sp O2 πολλαπλών χρήσεων θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων.

Για το είδος 7 μπαταρία για ΗΚΓ KENZ CARDICO 302, θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην 4^η ΥΠΕ.

Για το είδος 8 μπαταρία για ΗΚΓ EDAN SE-3, θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην 4^η ΥΠΕ.

Για το είδος 9 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ για τον ΗΚΓ EDAN SE-3, θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην 4^η ΥΠΕ.