



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 08/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 45592

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως

Τ.Κ. : 55134, Καλαμαριά

Πληροφορίες : Α.Μαριόγλου

Τηλέφωνο : 231 3327869

E-mail : lmarioglou@4ype.gr

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **παροχή υπηρεσιών των παρακάτω ειδών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

CPV : 50421000-2

A/A	ΚΩΔ.ΑΠΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	00-01-0236	ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GIMA CARDIOGIMA 12	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ		
2	00-01-0236	ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN H3	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ		
3	00-01-0236	ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ BISTOS BT-770	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ		

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά σετ και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Η τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στο Κέντρο Υγείας.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την Δευτέρα **14-09-2026**

Επειδή η έρευνα αγοράς διεξάγεται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), οι προσφορές να υποβάλλονται στην εν λόγω πλατφόρμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

EIRINI PSARRA
08.09.2026 08:50

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Μόνитор Ζωτικών Ενδείξεων

Κατασκευαστικός οίκος : BISTOS

Μοντέλο : BT-770

S/N: DGL40249

Έπειτα από έλεγχο του μόνιτορ ζωτικών ενδείξεων BISTOS BT-770 του Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας, η οθόνη αφής καθώς και το πλαστικό προστατευτικό της οθόνης έχουν σπάσει έπειτα από πτώση του μηχανήματος. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του Μόνιτορ μετά τον έλεγχο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : GIMA

Μοντέλο : CARDIOGIMA 12

S/N: 8809276940070

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ GIMA CARDIOGIMA 12 του Κέντρου Υγείας Νευροκοπίου, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα τόσο με τον θερμικό εκτυπωτή όσο και με το καπάκι του θερμικού εκτυπωτή που ανοίγει πολύ εύκολα. Πιθανή βλάβη στον θερμικό εκτυπωτή και στο καπάκι του. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : Η3

S/N: H3191121030

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen Η3 του Κέντρου Υγείας Στρυμονικού, η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται στο πάνω μέρος της που είναι η ρύθμιση για το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Έγινε επανειλημμένα προσπάθεια calibrate της οθόνης τόσο με χέρι όσο και με την γραφίδα χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Πιθανή βλάβη στην οθόνη αφής του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.

