



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως

Τ.Κ. : 55134, Καλαμαριά

Πληροφορίες : Λ.Μαριόγλου

Τηλέφωνο : 231 3327869

E-mail : lmarioglou@4ype.gr

Ημερομηνία: 16/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 47395

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **προμήθεια** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΑΦΟΡΑ : ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

CPV : 38434540-3

Α/ Α	ΚΩΔ.ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	01-08-0569	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ		
2	01-08-0569	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ		

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Η τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στα Κέντρα Υγείας.

Επειδή η έρευνα αγοράς διεξάγεται και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται και στην εν λόγω πλατφόρμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

EIRINI PSARRA
16.09.2026 12:06

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ένας (1) ηλεκτρονικός Βρεφοζυγός.

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι φορητό, μικρού όγκου και βάρους.
3. Να είναι επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλος για χρήση σε παιδιατρικό ιατρείο ενός Κέντρου Υγείας.
4. Να διαθέτει μέγιστη ζυγιστική ικανότητα τουλάχιστον 20 κιλά, με διαβάθμιση 10 ή 20 gr
5. Να λειτουργεί με 220V ή με μπαταρίες.
6. Να διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
7. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.
8. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
9. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.
10. Θα παραδοθεί με ευθύνη του αναδόχου στο Κέντρο Υγείας Ροδολίβους.

2. Ένας (1) ηλεκτρονικός ζυγός με αναστημόμετρο.

1. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Να είναι επαγγελματικής χρήσης με αντικραδασμικό σύστημα, κατάλληλη για χρήση σε Κέντρο Υγείας.
3. Να διαθέτει μέγιστη ζυγιστική ικανότητα τουλάχιστον 200 κιλά, με διαβάθμιση 100gr
4. Να διαθέτει ενσωματωμένο αναστημόμετρο με ευρεία κλίμακα μέτρησης (80 – 200 cm, μεγαλύτερο εύρος θα γίνει αποδεκτό).
5. Να λειτουργεί με 220V ή με μπαταρίες.
6. Να διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
7. Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.
8. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
9. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.
10. Θα παραδοθεί με ευθύνη του αναδόχου στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών