

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Αναρρόφηση

Κατασκευαστικός οίκος : CAMI

Μοντέλο : NEW ASKIR 230/12V BR

S/N: 14699

Έπειτα από έλεγχο της αναρρόφησης CAMI NEW ASKIR 230/12V BR με REF: RE310211 του Κέντρου Υγείας Ροδολίβους, κρίνεται αναγκαία για την επισκευή η προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών:

- Pressure regulator for New Askir suction pump (M1 SP0006/03)
- Power switch for suction pump New Askir (M1 SP00094)
- Μπαταρία μόλυβδου 12V 4A

Τα ανταλλακτικά της αναρρόφησης θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστα, συμβατά με τον με την αναρρόφηση CAMI NEW ASKIR 230/12V BR και θα παραδοθούν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην 4^η ΥΠΕ με ευθύνη του αναδόχου.

Οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο με το σύνολο των ειδών και όχι τμηματικά.