ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. **Τρεις (3) μπαταρίες για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631.**

   Η μπαταρία θα πρέπει να είναι **αυθεντική (original) και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Nihon Kohden TEC-5631. Προς απόδειξη αυτού** η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι η προσφερόμενη μπαταρία είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή από το Technical Sheet της μπαταρίας ότι είναι αυθεντική (original) και συνοδευτικό έγγραφο του κατασκευαστή της μπαταρίας προς τον προμηθευτή ότι τον προμηθεύει με αυθεντικές μπαταρίες με το οποίο προκύπτει σαφώς ότι η μπαταρία είναι αυθεντική.

   Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE. Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεις της και όλη τη διάρκεια ζωής της, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχόν βλάβης.

2. **Τέσσερα (4) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές Nihon Kohden TEC-5631.**

   Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

3. **Τέσσερα (4) σετ ηλεκτροδίων παίδων για απινιδωτές Nihon Kohden TEC-5631.**

   Τα σετ ηλεκτροδίων παίδων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5631. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

4. **Εξωτερικά Paddles (κουτάλες) part number ND-782V για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7721K.**

   Τα εξωτερικά Paddles (κουτάλες) θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-7721K, θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, θα φέρει πιστοποίηση CE.

5. **Μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταριά για τον απινιδωτή AMI Italia SAVER ONE.**

   Η μπαταρία θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόμενη και απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή SAVER ONE. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

6. **Δύο (2) μπαταρίες για απινιδωτή Schiller FRED PA-1.**

   Η μπαταρία θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή για τον απινιδωτή Schiller FRED PA-1. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE.

7. **Τρία (3) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές Medtronic Lifepak 1000.**

   Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Medtronic Lifepak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής

τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

8. **Δύο (2) σετ ηλεκτροδίων παίδων για απινιδωτές Medtronic Lifepak 1000.**

   Τα σετ ηλεκτροδίων παίδων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή Medtronic Lifepak 1000. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

9. **Μία(1) μπαταρία για τον απινιδωτή Medtronic Lifepak 1000.**

   Η μπαταρία θα πρέπει **να είναι αυθεντική (original) και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο του απινιδωτή για τον Medtronic Lifepak 1000. Προς απόδειξη αυτού** η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου του απινιδωτή ότι η προσφερόμενη μπαταρία είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο απινιδωτή ή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο προσφέρων είναι αντιπρόσωπος ή από το Technical Sheet της μπαταρίας ότι είναι αυθεντική (original) και συνοδευτικό έγγραφο του κατασκευαστή της μπαταρίας προς τον προμηθευτή ότι τον προμηθεύει με αυθεντικές μπαταρίες με το οποίο προκύπτει σαφώς ότι η μπαταρία είναι αυθεντική.

   Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστη, θα φέρει πιστοποίηση CE. Σε περίπτωση βλάβης του απινιδωτή εξαιτίας της μπαταρίας κατά την διάρκεια χρήσεις της και όλη τη διάρκεια ζωής της, ο προμηθευτής θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την αντικατάσταση τυχόν βλάβης.

10. **Πέντε (5) σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων για απινιδωτές ZOLL AED Plus.**

    Τα σετ ηλεκτροδίων ενηλίκων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

11. **Τρία (3) σετ ηλεκτροδίων παίδων για απινιδωτές ZOLL AED Plus.**

    Τα σετ ηλεκτροδίων παίδων θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

12. **Τρία (3) σετ μπαταριών για απινιδωτές ZOLL AED Plus.**

    Τα σετ μπαταριών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά για τον απινιδωτή ZOLL AED Plus. Θα πρέπει να είναι καινούρια με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών κατά την ημερομηνία παράδοσης, αμεταχείριστα, θα φέρουν πιστοποίηση CE.

13. **Ένα (1) πληκτρολόγιο μεμβράνης για ΗΚΓ Comen CM 300.**

    Το πληκτρολόγιο μεμβράνης θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ Comen CM 300. Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

14. **Ένα (1) μπαταρία Li-ion για ΗΚΓ Comen CM 300.**

    Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 11.1V 2200mAh για τον ΗΚΓ Comen CM 300. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστή και θα φέρει πιστοποίηση CE.

15. Ένα (1) μπαταρία Li-ion για ΗΚΓ Mindray BeneHeart R3:

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 11.1V 2500mAh για τον ΗΚΓ Mindray BeneHeart R3. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστή και θα φέρει πιστοποίηση CE.

16. Ένα (1) μπαταρία Li-ion για ΗΚΓ EDAN SE-3.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι 14.8V 2200mAh για τον ΗΚΓ EDAN SE-3. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστή και θα φέρει πιστοποίηση CE.

17. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ EDAN SE-3.

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ EDAN SE-3. Το 10 πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

18. Ένα (1) 10πολικό καλώδιο για ΗΚΓ COMEN H3.

Το 10πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι συμβατό για τον ΗΚΓ COMEN H3. Το 10 πολικό καλώδιο θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο και θα φέρει πιστοποίηση CE.

19. Ένα (1) σετ βεντουζάκια-φούσκες για ΗΚΓ.

Να έχουν διάμετρο μεταξύ 20mm-25mm.
Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα.
Να διαθέτει πιστοποίηση CE.

20. Ένα (1) σετ μανταλάκια για ΗΚΓ.

Να είναι σετ τεσσάρων(4) χρωμάτων.
Να είναι συμβατά για adaptor τύπου Banana και με κλιπ.
Να είναι για ενήλικες.
Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα.
Να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής των ειδών με ποινή απόρριψης σε περίπτωση που δεν αναφέρεται.