ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπειτα από αίτημα του Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών κρίνεται αναγκαία η αγορά των παρακάτω:

1. **Μεγεθυντικός φακός με τροχήλατη βάση.**
    1. Ο μεγεθυντικός φακός θα πρέπει να έχει τροχήλατη βάση και να μην ξεπερνάει σε καθαρό βάρος τα 12 κιλά για την εύκολη μετακίνηση του.
    2. Να διαθέτει ψυχρό φωτισμό LED, η κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 17W και η τάση λειτουργίας του να είναι 100-240V 50/60HZ.
    3. Να διαθέτει μεγεθυντικό φακό με μεγέθυνση τουλάχιστον 3 διοπτριών (3D).
    4. Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 5.500K, μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα γίνεται αποδεκτή.
    5. Να παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού, τουλάχιστον 2 επίπεδα φωτισμού.
    6. Το μήκος του βραχίονα να είναι τουλάχιστον 80 cm.
    7. Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι κατάλληλη για νοσοκομειακή περίθαλψη.
    8. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, με αρθρωτό βραχίονα τριών σημείων και να διαθέτει πιστοποίηση CE.
    9. Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών.

